DEFIBRILLATOR/AED

TURNUS: 3-monatlich

Bereich: ***Gebäude - Innen***

Arbeitsaufwand: 0,5Std./1Person

Ort: EG Putzraum

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten - Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist?

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

☐ Liegen äußerlich sichtbare Defekte oder Beschädigungen des Gehäuses vor?

☐ Sind Beschädigungen an Kabeln oder Steckverbindungen vorhanden?

☐ Ist das Verfallsdatum der Klebeelektroden noch gültig?

☐ Ist das Gerät sauber?

☐ Kann das AED problemlos gefunden, erreicht und entnommen werden?

☐ Batterietest:

- Akku entfernen (seitlich Defibrillator)
- Akku einsetzen
- Selbsttest wird automatisch durchgeführt
- Es ertönt eine Nachricht, dass Gerät und Akku in Ordnung sind

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **13.08.2024**